

# Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów, POLAND, tel.: +48 32 779 76 02, mob.: +48 534 994 574, e-mail: radaogrodow@gmail.com

STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW  
BOTANICZNYCH I ARBORETÓW w Polsce  
43-190 Mikołów, ul. Sosnowa 5  
NIP: 635-183-02-27 REGON: 242840994  
Tel. 32 779 76 02


Mikołów, 06.08.2013r.

**ZNAK SPRAWY:** ROBIA PN/8/07/13

W odpowiedzi na pytania otrzymane e-mailem w dniu 06.08.2013r., godzina 11.01 (data i godz. wpływu na skrzynkę e-mailową), odebrane 06.08.2013r., godz. 11.37, dt. zamówienia na dostawy sprzętu laboratoryjnego i urządzeń chłodniczych na potrzeby projektu pn: Ocena Stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski wraz z ich instalacją i instruktazem w zakresie obsługi" objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r., przesyłamy odpowiedzi.

Zgodnie z informacją podaną w SIWZ godziny pracy Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Jednocześnie wyjaśniamy, iż Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nie posiada faxu, stąd odpowiedzi są niezwłocznie przesłane e-mailem.

1. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania stosownej umowy?  
Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający, w razie wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości, dopuści przystąpienie do jej usunięcia w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia i dokonania jej usunięcia w ciągu kolejnych 21 dni kalendarzowych?  
Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 4 komory wewnętrzne z osobnymi drzwiczkami?  
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w SIWZ: „Wysuwane pojemniki zajmujące komory” – czy chodzi o metalowe stelaże wypełnione tekturowymi kroi-pudełkami, czy może o zwykłe plastikowe pojemniki?  
Chodzi o metalowe stelaże.
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane zamrażarki niskotemperaturowe były urządzeniami o niskiej emisji hałasu < 55dB (A) ?  
Zamawiający nie wymaga.
6. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w SIWZ: „Chłodzenie podpórkowe” ?  
W treści SIWZ pojawił się błąd będący wynikiem niewłaściwej korekty wprowadzonej przez program MS Word, prawidłowa treść to „chłodzenie podpórkowe”.
7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń bez zegara czasu rzeczywistego?



Projekt współfinansowany ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

# Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów, POLAND, tel.: +48 32 779 76 02, mob.: +48 534 994 574, e-mail: radaogrodow@gmail.com

Nie, zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty instrukcji obsługi urządzenia w języku angielskim, gdyż jeszcze nie otrzymaliśmy tłumaczenia na język polski? Jednocześnie informuję, iż instrukcja obsługi w j. polskim zostanie dostarczona przy dostawie.  
Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty instrukcji obsługi urządzenia w języku angielskim pod warunkiem, iż instrukcja obsługi w j. polskim zostanie dostarczona przy dostawie.

Rada Ogrodów Botanicznych  
i Arboretów w Polsce  
**PREZES**  
*[Signature]*  
dr Paweł Kojas

